



Техникийн тодорхойлолт: 9.3

№	Нэр төрөл, Үзүүлэлт	Шаардлага	
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.	
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.	
3	Байршил	Дархан сум 9-р баг, Гэрэлтэй өрхийн эмнэлэг	
4	Тоног төхөөрөмж	Үзүүлэлт	Зураг
4.1	Ухаалаг дэлгэц 1ш	Дэлгэцийн хэмжээ: 86инч, Android Windows-CPU-i3, i5, i7 , Дэлгэцийн нягтаршил: 1920x1080, 4K, Дэлгэцийн мэдрэгч-10 цэг, Чанга яригч-2x15W, Сүлжээ-RJ45, Optional, Wifi, Оролт-AV, HDMI, VGA, Дагалдах хэрэгсэл: Интерактив самбарын программ, Кабель, Мэдрэгчтэй үзэг, Хананд тогтоогч Брэнд-AUO, BOE, CHIMEI, CSOT, LG, Өнгө ялгарал-16.7M, Гэрэлтэлт-350cd/m2,	
4.2	Нөхөн сэргээх эмчилгээний сандал /Emsella/ дүйцэхүйц 1ш	Автомат халуун усан sitz bath аппарат – Усны температур: 38°C-42°C, Усны хэрэглээ: 1.2литр орчим байх, Усны савны багтаамж: 1.3 литр, Цахилгаан тэжээл: 220V /60Hz, Эрчим хүчний хэрэглээ: 1.0kW, Жин: 7.7кг, Усны холболт: 15мм усны хоолой, Ажиллах систем: Нэг товч дарахад автомат ажиллагаатай байх, Массаж: усны хөөс /bubble/ массаж, Аюулгүй байдал, Температур хянагч, Гал хамгаалагч, Автомат унтраах систем, Алдаа илрүүлэх өөрөө оношлох системтэй байх,	
5	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.	
6	Баталгаа	Тоног төхөөрөмжид 0.6жил чанарын баталгаа шаардана.	
7	Төсөвт өртөг	19,900,000.0 төгрөг	
8	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй.	